



Zertifikat

Bestätigung der Normenkonformität

Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe (kurze, wendbare Ausführung)

Norm DIN EN 20105-A02 / ISO 105-A02
Batchnummer A02k0518
Prüfbericht WIWeB R1/0000023777-14 vom 30.10.2018
Prüfergebnisse (Auszug aus dem Prüfbericht)

Stufe	Y-Wert nach ISO 105-A02	ΔE Wert nach ISO 105-A02	Toleranz	Ergebnis
5	12 +/- 1	0	0,2	entspricht
4-5	12 +/- 1	0,8	$\pm 0,2$	entspricht
4	12 +/- 1	1,7	$\pm 0,3$	entspricht
3-4	12 +/- 1	2,5	$\pm 0,35$	entspricht
3	12 +/- 1	3,4	$\pm 0,4$	entspricht
2-3	12 +/- 1	4,8	$\pm 0,5$	entspricht
2	12 +/- 1	6,8	$\pm 0,6$	entspricht
1-2	12 +/- 1	9,6	$\pm 0,7$	entspricht
1	12 +/- 1	13,6	$\pm 1,0$	entspricht

Die Deutsche Echtheitskommission - DEK ist Hersteller des oben genannten Graumaßstabes für Farbechtheitsprüfungen und überprüft regelmäßig die Produktion und den Bestand auf Normenkonformität.

Dieses Zertifikat bestätigt die Normenkonformität des über die DEK bezogenen Produktes mit der obengenannten Batchnummer hinsichtlich DIN EN 20105-A02.

Dieses Zertifikat ist nur mit einem entsprechenden Liefernachweis der DEK bzw. eines offiziellen DEK-Vertriebspartners gültig.

Alexander Dietel
Präsident der DEK

Troisdorf, den 24. August 2021