



Zertifikat

Bestätigung der Normenkonformität

Graumaßstab zur Bewertung des Anblutens (lange Ausführung)

Norm DIN EN ISO 105-A03 / ISO 105-A03 (Ausgabedatum Februar 2020)
Batchnummer A03GHZH
Prüfbericht WIWeB R1/0000022628 vom 12.02.2018
Prüfergebnisse (Auszug aus dem Prüfbericht)

Stufe	Y-Wert nach ISO 105-A03	Toleranz	ΔE Wert nach ISO 105-A03	Toleranz	Ergebnis
5	85	± 2	0	0,2	entspricht
4-5	85	± 2	2,2	$\pm 0,3$	entspricht
4	85	± 2	4,3	$\pm 0,3$	entspricht
3-4	85	± 2	6,0	$\pm 0,4$	entspricht
3	85	± 2	8,5	$\pm 0,5$	entspricht
2-3	85	± 2	12,0	$\pm 0,7$	entspricht
2	85	± 2	16,9	$\pm 1,0$	entspricht
1-2	85	± 2	24,0	$\pm 1,5$	entspricht
1	85	± 2	34,1	$\pm 2,0$	entspricht

Die Deutsche Echtheitskommission - DEK ist Hersteller des oben genannten Graumaßstabes für Farbechtheitsprüfungen und überprüft regelmäßig die Produktion und den Bestand auf Normenkonformität.

Dieses Zertifikat bestätigt die Normenkonformität des über die DEK bezogenen Produktes mit der obengenannten Batchnummer hinsichtlich DIN EN ISO 105-A03 (Ausgabedatum Februar 2020).

Dieses Zertifikat ist nur mit einem entsprechenden Liefernachweis der DEK bzw. eines offiziellen DEK-Vertriebspartners gültig.

Alexander Dietel
Präsident der DEK

Troisdorf, den 24. August 2021