



# Zertifikat

Bestätigung der Normenkonformität

## Graumaßstab zur Bewertung des Anblutens (kurze, wendbare Ausführung)

**Norm** DIN EN ISO 105-A03 / ISO 105-A03 (Ausgabedatum Februar 2020)  
**Batchnummer** A03kHZH-II  
**Prüfbericht** WIWeB R1/0000022258 – Vorg. 1300086010-0010 vom 22.11.2017  
**Prüfergebnisse** (Auszug aus dem Prüfbericht)

Stufe	Y-Wert nach ISO 105-A03	Toleranz	$\Delta E$ Wert nach ISO 105-A03	Toleranz	Ergebnis
5	85	$\pm 2$	0	0,2	entspricht
4-5	85	$\pm 2$	2,2	$\pm 0,3$	entspricht
4	85	$\pm 2$	4,3	$\pm 0,3$	entspricht
3-4	85	$\pm 2$	6,0	$\pm 0,4$	entspricht
3	85	$\pm 2$	8,5	$\pm 0,5$	entspricht
2-3	85	$\pm 2$	12,0	$\pm 0,7$	entspricht
2	85	$\pm 2$	16,9	$\pm 1,0$	entspricht
1-2	85	$\pm 2$	24,0	$\pm 1,5$	entspricht
1	85	$\pm 2$	34,1	$\pm 2,0$	entspricht

Die Deutsche Echtheitskommission - DEK ist Hersteller des oben genannten Graumaßstabes für Farbechtheitsprüfungen und überprüft regelmäßig die Produktion und den Bestand auf Normenkonformität.

Dieses Zertifikat bestätigt die Normenkonformität des über die DEK bezogenen Produktes mit der obengenannten Batchnummer hinsichtlich DIN EN ISO 105-A03 (Ausgabedatum Februar 2020).

Dieses Zertifikat ist nur mit einem entsprechenden Liefernachweis der DEK bzw. eines offiziellen DEK-Vertriebspartners gültig.

Alexander Dietel  
Präsident der DEK

Troisdorf, den 24. August 2021